



## 健康監測報告

報告編號 (Report number) : 102-10081

### 申請資料 (Applicants Information)

申請人 (Applicant) : 孫德萍 先生/女士  
 單位 (Organization) : 中央研究院 台灣小鼠診所  
 電話 (Phone) : 02-27899092 E-mail : hhhung@ibms.sinica.edu.tw;  
 tps@ibms.gate.sinica.edu.tw  
 地址 (Address) : 台北市南港區研究院路二段 128 號 生醫所 N1006 室

### 檢體資訊 (Specimen Information)

動物種類 (Species)	Mouse
送檢樣品 (Specimen)	血清
檢體數量 (Quantity)	46
收檢日期 (Receiving Date)	2013/3/6
試驗完成日期 (Completion Date)	2013/3/7

本報告含 ELISA 檢測結果。

- 本報告僅對檢送樣品有效且不作任何公證憑據。  
This report is intended for the samples tested, but not for notarization.
- 報告需本實驗室人員簽名或蓋章始有效。  
The report is not valid unless signed or stamped by qualified technicians at NLAC Diagnostic Laboratory of Laboratory Rodents.
- 本報告不可摘錄，部分複製無效。  
Reproduced report of analysis in partial is rendered invalid.

國研院動物中心地址：台北市南港區研究院路二段128號

## 健康監測報告


### ELISA 檢測結果

檢體編號	1-46
------	------

檢測項目	結果 <sup>2</sup>	備註 <sup>3</sup>
Ectromelia virus (Mouse Pox)	0/46	
Hantaan virus	0/46	
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV)	0/46	
Minute virus of mice (MVM)	0/46	
Mouse adenovirus (MAd)	0/46	
Mouse hepatitis virus (MHV)	4/46	(+): 17~20
Mouse parvovirus (MPV)	0/46	
<i>Mycoplasma pulmonis</i> ( <i>M. pul</i> )	0/46	
Pneumonia virus of mice (PVM)	0/46	
Reovirus 3 (Reo 3)	0/46	
Sendai virus	0/46	
Theiler's murine encephalomyelitis virus (TMEV, GD VII)	1/46	(+): 20

檢測人員：  


Mar. 7, 2013

報告簽署人：  


Mar. 7, 2013

#### 檢測說明：

1. ELISA 檢測通過 TAF 認證。
2. 結果：抗體呈陽性檢體數/總檢體數。檢測結果呈現非特异性反應，致使結果無法判定，建議以其他方式進行確認，以「TC」表示；若介於陽性與陰性間之臨界值，則以「+/-」表示，上述兩種情況均不計入陽性檢體數。陰性結果表示未檢測出此病原之特异性抗體。
3. 陽性、「+/-」或 TC 檢體編號標記於備註欄。
4. 本檢測使用 Charles River Laboratory ELISA kit。
5. 如未特別說明，檢測檢體為血清。



## 健康監測報告

### IFA 檢測結果

檢體編號	20
------	----

檢測項目	結果 <sup>2</sup>	備註 <sup>3</sup>
Theiler's murine encephalomyelitis virus (TMEV, GD VII)	0/1	

檢測人員：

簡瑞哲

Mar. 11, 2013

報告簽署人：

劉瓊雯

Mar. 11, 2013

檢測說明：

1. IFA 檢測通過 TAF 認證。
2. 結果：抗體呈陽性檢體數/總檢體數。檢測結果呈現非特異性反應，致使結果無法判定，建議以其他方式進行確認，以「TC」表示；若介於陽性與陰性間之臨界值，則以「+/-」表示，此兩種情況均不計入陽性檢體數。陰性結果表示未檢測出此病原之特異性抗體。
3. 陽性、「+/-」或TC檢體編號標記於備註欄。
4. 本檢測使用 Charles River Laboratory IFA kit。
5. 如未特別說明，檢測檢體為血清。

## 健康監測報告

### ELISA 檢測結果

檢體編號	1~19, 30~43
------	-------------

檢測項目	結果 <sup>2</sup>	備註 <sup>3</sup>
Mouse hepatitis virus (MHV)	4/33	(+): 12, 40, 41, 43

檢測人員：

許子睿

Mar. 13, 2013

報告簽署人：

劉瓊雯

Mar. 13, 2013

檢測說明：

1. ELISA 檢測通過 TAF 認證。
2. 結果：抗體呈陽性檢體數/總檢體數。檢測結果呈現非特异性反應，致使結果無法判定，建議以其他方式進行確認，以「TC」表示；若介於陽性與陰性間之臨界值，則以「+/-」表示，上述兩種情況均不計入陽性檢體數。陰性結果表示未檢測出此病原之特异性抗體。
3. 陽性、「+/-」或 TC 檢體編號標記於備註欄。
4. 本檢測使用 Charles River Laboratory ELISA kit。
5. 如未特別說明，檢測檢體為血清。

## 健康監測報告

### IFA 檢測結果

檢體編號	12, 40, 41, 43
------	----------------

檢測項目	結果 <sup>2</sup>	備註 <sup>3</sup>
Mouse hepatitis virus (MHV)	3/4	(+): 40, 41, 43

檢測人員：許子睿

Mar. 14, 2013

報告簽署人：劉瓊雯

Mar. 14, 2013

#### 檢測說明：

1. IFA 檢測通過 TAF 認證。
2. 結果：抗體呈陽性檢體數/總檢體數。檢測結果呈現非特異性反應，致使結果無法判定，建議以其他方式進行確認，以「TC」表示；若介於陽性與陰性間之臨界值，則以「+/-」表示，此兩種情況均不計入陽性檢體數。陰性結果表示未檢測出此病原之特異性抗體。
3. 陽性、「+/-」或TC檢體編號標記於備註欄。
4. 本檢測使用 Charles River Laboratory IFA kit。
5. 如未特別說明，檢測檢體為血清。



## 健康監測報告

### ELISA 檢測結果

檢體編號	1~15
------	------

檢測項目	結果 <sup>2</sup>	備註 <sup>3</sup>
Mouse hepatitis virus (MHV)	0/15	

檢測人員：

許才春

Apr. 2, 2013

報告簽署人：

劉瓊雯

Apr. 2, 2013

檢測說明：

1. ELISA 檢測通過 TAF 認證。
2. 結果：抗體呈陽性檢體數/總檢體數。檢測結果呈現非特异性反應，致使結果無法判定，建議以其他方式進行確認，以「TC」表示；若介於陽性與陰性間之臨界值，則以「+/-」表示，上述兩種情況均不計入陽性檢體數。陰性結果表示未檢測出此病原之特异性抗體。
3. 陽性、「+/-」或 TC 檢體編號標記於備註欄。
4. 本檢測使用 Charles River Laboratory ELISA kit。
5. 如未特別說明，檢測檢體為血清。