

中央研究院台灣小鼠診所例行環境監測
2013 年 04 月份動物房落菌監測報告

監測時間:2013/ 04 / 26 (yyyy/mm/dd)

監測地點:台灣小鼠診所動物房

空氣監測結果:

監測點		落菌數 (CFU/plate)	備註
動物房 A	進風口 1	0	
	進風口 2	0	
	排風口前方	0	
動物房 B	進風口 1	0	
	進風口 2	0	
	排風口前方	1	
動物房 C	進風口 1	1	
	進風口 2	0	
	排風口前方	2	
走道	Buffer1 前進風口	8	
	Buffer1 前出風口	1	
	走道中央進風口	2	
	動物房 A 前進風口	25	
	Buffer2 前進風口	0	
	髒區進風口	4	

監測人員: 洪小涵 2013.05.03

製表人:洪小涵

水質監測結果：

編號	監測點	落菌數 (CFU/plate)	備註
A	動物房 A	0	
	RO 水		
B	動物房 B	0	
	RO 水		
C	動物房 C	0	
	RO 水		
D	動物飲用水	0	

監測人員： 洪小涵 2013.05.07

結果判讀：

空氣落菌監測

合格：

依據中央研究院生物醫學科學研究所動物中心標準，飼養動物之動物房空氣落菌數量不可多於 100CFU/plate，故合格。

不合格。處理：

水質落菌監測

合格：

依據中央研究院生物醫學科學研究所動物中心標準，飼養動物之動物房空氣落菌數量不可多於 100CFU/plate，故合格。

不合格。處理：

管理師： Je-Pij Sun 2013.5.15

製表人：洪小涵