

健康監測報告

報告編號 (Report number) : 103-10289

申請資料 (Applicants Information)

申請人 (Applicant) : 孫德萍 先生/女士
單位 (Organization) : 中央研究院 台灣小鼠診所
電話 (Phone) : (02) 27899092 E-mail : hhhung@ibms.sinica.edu.tw;
tpsibms@gate.sinica.edu.tw
地址 (Address) : 台北市南港區研究院路二段 128 號 生醫所 N1006 室

檢體資訊 (Specimen Information)

動物種類 (Species)	Mouse
送檢樣品 (Specimen)	血清
檢體數量 (Quantity)	42
收檢日期 (Receiving Date)	2014/6/6
試驗完成日期 (Completion Date)	2014/6/9

本報告含 ELISA 檢測結果。

1. 本報告僅對檢送樣品有效且不作任何公證憑據。
This report is intended for the samples tested, but not for notarization.
2. 報告需本實驗室人員簽名或蓋章始有效。
The report is not valid unless signed or stamped by qualified technicians at NLAC Diagnostic Laboratory of Laboratory Rodents.
3. 本報告不可摘錄，部分複製無效。
Reproduced report of analysis in partial is rendered invalid.

國研院動物中心地址：台北市南港區研究院路二段128號

健康監測報告

ELISA 檢測結果

檢體編號	1~42
------	------

檢測項目	結果 ²	備註 ³
Ectromelia virus (Mouse Pox)	0/42	
Hantaan virus	0/42	
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV)	0/42	
Minute virus of mice (MVM)	0/42	
Mouse adenovirus (MAd)	0/42	
Mouse hepatitis virus (MHV)	0/42	
Mouse parvovirus (MPV)	0/42	
<i>Mycoplasma pulmonis</i> (<i>M. pul</i>)	1/42	(+): 42
Pneumonia virus of mice (PVM)	0/42	
Reovirus 3 (Reo 3)	0/42	
Sendai virus	0/42	
Theiler's murine encephalomyelitis virus (TMEV, GD VII)	0/42	

檢測人員：

許方睿

Jun. 9, 2014

報告簽署人：

劉瓊雯

Jun. 9, 2014

檢測說明：

1. ELISA 檢測通過 TAF 認證。
2. 結果：抗體呈陽性檢體數/總檢體數。檢測結果呈現非特异性反應，致使結果無法判定，建議以其他方式進行確認，以「TC」表示；若介於陽性與陰性間之臨界值，則以「+/-」表示，上述兩種情況均不計入陽性檢體數。陰性結果表示未檢測出此病原之特异性抗體。
3. 陽性、「+/-」或 TC 檢體編號標記於備註欄。
4. 本檢測使用 Charles River Laboratory ELISA kit。
5. 如未特別說明，檢測檢體為血清。

健康監測報告

IFA 檢測結果

檢體編號	42
------	----

檢測項目	結果 ²	備註 ³
<i>Mycoplasma pulmonis</i> (M. pul)	0/1	

檢測人員：**顏竹君**

Jun. 11, 2014

報告簽署人：**劉瓊雯**

Jun. 11, 2014

檢測說明：

1. IFA 檢測通過 TAF 認證。
2. 結果：抗體呈陽性檢體數/總檢體數。檢測結果呈現非特异性反應，致使結果無法判定，建議以其他方式進行確認，以「TC」表示；若介於陽性與陰性間之臨界值，則以「+/-」表示，此兩種情況均不計入陽性檢體數。陰性結果表示未檢測出此病原之特异性抗體。
3. 陽性、「+/-」或TC檢體編號標記於備註欄。
4. 本檢測使用 Charles River Laboratory IFA kit。
5. 如未特別說明，檢測檢體為血清。