


中央研究院台灣小鼠診所例行環境監測  
2016 年 08 月份動物房落菌及水質監測報告

監測時間: 2016/ 08 / 26 (yyyy/mm/dd)

監測地點: 台灣小鼠診所動物房

空氣監測結果:

| 監測點   |              | 落菌數<br>(CFU/plate) | 備註 |
|-------|--------------|--------------------|----|
| 動物房 A | 進風口 1        | 0                  |    |
|       | 進風口 2        | 0                  |    |
|       | 排風口前方        | 0                  |    |
| 動物房 B | 進風口 1        | 1                  |    |
|       | 進風口 2        | 1                  |    |
|       | 排風口前方        | 1                  |    |
| 動物房 C | 進風口 1        | 0                  |    |
|       | 進風口 2        | 0                  |    |
|       | 排風口前方        | 1                  |    |
| 走道    | Buffer1 前進風口 | 1                  |    |
|       | Buffer1 前出風口 | 0                  |    |
|       | 走道中央進風口      | 1                  |    |
|       | 動物房 A 前進風口   | 3                  |    |
|       | Buffer2 前進風口 | 1                  |    |
|       | 鄰區進風口        | 0                  |    |

監測人員: 

水質監測結果：

| 編號 | 監測點   | 生菌數<br>(CFU/C. C.) | 備註 |
|----|-------|--------------------|----|
| A  | 動物房 A | 0                  |    |
|    | RO 水  |                    |    |
| B  | 動物房 B | 0                  |    |
|    | RO 水  |                    |    |
| C  | 動物房 C | 0                  |    |
|    | RO 水  |                    |    |
| D  | 動物飲用水 | 0                  |    |

監測人員：洪小涵

結果判讀：

空氣落菌監測

合格：

依據中央研究院生物醫學科學研究所動物中心標準，飼養動物之動物房空氣落菌數量不可多於 100CFU/plate，故合格。

不合格。處理：

水質監測

合格：

依據中央研究院生物醫學科學研究所動物中心標準，飼養動物之動物房水質生菌數量不可多於 40 CFU/c. c.，故合格。

不合格。處理：

管理師：張超坤 0919 2016

製表人：洪小涵