



水質監測結果:

編號	監測點	生菌數 (CFU/C. C.)	備註
A	動物房 A	0	
	RO 水		
B	動物房 B	0	
	RO 水		
C	動物房 C	0	
	RO 水		
D	動物飲用水	1	

監測人員: 黃心潔

結果判讀:

空氣落菌監測

合格:

依據中央研究院生物醫學科學研究所動物中心標準，飼養動物之動物房空氣落菌數量不可多於 100CFU/plate，故合格。

不合格。處理:

水質監測

合格:

依據中央研究院生物醫學科學研究所動物中心標準，飼養動物之動物房水質生菌數量不可多於 40 CFU/c. c.，故合格。

不合格。處理:

管理師: 賴超坤