

台灣小鼠診所例行環境監測

2022 年 4 月份動物房落菌及水質監測報告

監測時間:2022/4/29

空氣監測結果:

樓層	監測點	落菌數 CFU/plate	備註
7F	淨化區	A 走道	0
		A 前室	1
		動物房 A746	0
		動物房 A745	0
	進駐單位 A 區	動物房 A738	0
		公用實驗室 A736	0
		前室	0
	走道	吹塵室外走道	0
		前走道 1	0
		前走道 2	0
		回走道	0
		後走道	0
	公共區域	乾淨籠子區	0
		7F 貨梯前	0
	進駐單位 C 區	緩衝區(左)	0
		緩衝區(右)	1
		動物房 A767	0
		動物房 A769	0
8F	Mouse Hotel/ 進駐單位 B 區	動物房 A848	0
		動物房 A849	0
		動物房 A850	0
		A852	0
		A851 緩衝區(左)	0
		A851 緩衝區(右)	0
	進駐廠商區	動物房 A839	0
		公用實驗室 A838	0
		緩衝區進風口	1
		緩衝區出風口	0

8F	公共區域	乾淨走道	0	
		乾淨籠子區(左)	0	
		乾淨籠子區(右)	0	
		8F 貨梯前	0	
AIF	動物房	小鼠房	0	
		大鼠房	0	

監測人員: 李俊翔

判讀人員: 張芷榕

水質監測結果:

監測點	生菌數 CFU/plate	備註
淨化區動物飲用水	0	
進駐單位 A 區動物飲用水	0	
進駐單位 C 區動物飲用水	0	
進駐單位 B 區/Mouse Hotel 動物飲用水	0	
進駐廠商區動物飲用水	0	
AIF 動物飲用水	0	

監測人員: 李俊翔

判讀人員: 張芷榕

結果判讀:

空氣落菌監測

合格:
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。

不合格。

水質監測

合格:
水質生菌數量未多於 40 CFU/c.c。

不合格。

獸醫師: 張芷榕, 李俊翔