



台灣小鼠診所例行環境監測

2025 年 4 月份飼育區落菌及水質監測報告

監測時間: 2025 / 4 / 25

空氣落菌監測結果:

監測點		落菌數 CFU/plate	備註
淨化飼育房	A808	0	
免疫缺陷鼠房	A813	0	
Mouse Hotel	飼育房 A848	0	
	飼育房 A849	0	
	飼育房 A850	0	
	A851 緩衝區(左)	0	
	A851 緩衝區(右)	0	
進駐單位飼育房	A816	0	
公用實驗室	A815	0	
8F 進駐廠商區	飼育房 A836	0	
	飼育房 A837	0	
	飼育房 A839	0	
	飼育房 A841	0	
	飼育房 A843	0	
	飼育房 A844	0	
	公用實驗室 A838	0	
	緩衝區進風口	0	
	緩衝區出風口	0	
8F 公共區域	乾淨走道	0	
	乾淨籠子區(左)	0	
	乾淨籠子區(右)	0	
	8F 貨梯前	0	

監測點		落菌數 CFU/plate	備註
7F 進駐廠商區	飼育房 A735	0	
	飼育房 A739	0	
	公用實驗室 A736	0	
	前室 A737	0	
7F 公共區域	前走道 1	0	
	前走道 2	0	
	回走道	0	
	乾淨籠子區	0	
	7F 貨梯前	0	

監測點		落菌數 CFU/plate	備註
AIF 動物房	小鼠飼育房	0	
	大鼠飼育房	0	
AIF 實驗室	BB129	1	
	MRI BB128	0	

監測人員: 李俊翔 判讀人員: 張芷榕

水質監測結果:

監測點		生菌數 CFU/plate	備註
Mouse Hotel	照 UV RO 水	1	
淨化飼育房/免疫缺陷鼠房 /進駐單位房	照 UV RO 水	1	
8F 進駐廠商區	照 UV RO 水	2	
7F 進駐廠商區	照 UV RO 水	0	
AIF	RO 水	0	
對照組	已滅菌 RO 水	0	

監測人員: 李俊翔

判讀人員: 張正榕

結果判讀:

空氣落菌監測

☒ 合格:
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。

☐ 不合格。

水質監測

☒ 合格:
水質生菌數量未多於 100 CFU/c.c.。

☐ 不合格。

獸醫師簽名: 張正榕

營運長簽名: 賴超坤